



Fls. nº 2008
Proc. nº 134
Ass.: [assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Nº PROCESSO	PREGÃO ELETRÔNICO
134/2024	09/2024
SECRETARIA DE ORIGEM	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Aquisição de equipamentos, suprimentos e material permanente para as Unidades Básicas de Saúde de Alto Alegre do Pindaré/MA.	

**PROPOSTA READEQUADA
DEFINITIVA
MIAMIMED PRODUTOS
ODONTOLOGICOS LTDA**



Fls. nº 2009
Proc. nº 134
Ass. [assinatura]

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREGAO ELETRÔNICO Nº 09/2024
PROCESSO Nº 134/2024
ABERTURA E ANÁLISE DAS PROPOSTAS DIA 01/08/2024 AS 09:00 (HORARIO DE BRASILIA.)

OBJETO: Aquisição de equipamentos, suprimentos e material permanente para as Unidades Básicas de Saúde de Alto Alegre do Pindaré/MA.

PROPOSTA COMERCIAL

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002, bem como às cláusulas e condições da modalidade.

Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação. Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens abaixo especificados, caso sejamos vencedor (es) da presente Licitação.

Declaramos que nos valores da proposta estão incluídas todas as despesas necessárias ao fornecimento, inclusive as relacionadas com: encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros: tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas, e/ou qualquer infrações: seguros em geral, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados á contratante e/ou terceiros, gerando direita ou indiretamente pelo fornecimento.

ITEM	Descritivo, Modelo, Marca, Fabric., Proced. e RMS	Und.	Qte.	Valor Unit.	Valor Total
01	CÂMARA ESCURA: CÂMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO. CAIXA EM POLIPROPILENE (PP). BASE REMOVÍVEL COM ALOJAMENTO PARA RECIPIENTES. VISOR ACRÍLICO DESTACÁVEL, COM TRANSPARÊNCIA E FILTRAGEM DE LUZ. DIMENSÕES: 230MM (ALTURA) X 340MM (COMPRIMENTO) X 230MM (LARGURA). "MODELO: CLASSIC BLACK C/ ILUMINAÇÃO MARCA: BIOTRON FABRICANTE: BIOTRON PROCEDENCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV). DA RDC 260/02"	UND	02	R\$ 352,00	R\$ 704,00
02	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS: TECNOLOGIA SEM FIO. LUZ AZUL GERADA POR LED. TEMPORIZADOR PARA POLIMERIZAÇÃO DE 05, 10, 15, 20, 30 E 40 SEGUNDOS. COMPRIMENTO COM PONTEIRA: 25,2CM. COMPRIMENTO SEM PONTEIRA: 18CM. ALIMENTAÇÃO:	UND	01	R\$ 1.172,00	R\$ 1.172,00

MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 38.259.748/0001-86- INSC. EST.: 38.259.748/0001-86
Rua Cipriano de Carvalho, nº 195, Cinquentenário, CEP 30.570-020, Belo Horizonte/MG - Telefone (31)3374-6768 - Email: miamimed.licitacao@hotmail.com

	BIVOLT AUTOMÁTICO 100 – 240V. FREQÜÊNCIA: 50 A 60 Hz. COMPRIMENTO DE ONDA: 420 À 480 nm. EMISSOR DE LUZ: LED. BATERIA: 3,7V – 2200 mA. POTÊNCIA DE LUZ: 1.250 mW/cm² (POLIMERIZAÇÃO E CLAREAMENTO); 2200 mW/cm² (ORTO); 2.300 mW/cm² (HIGH). ACOMPANHA 1 PONTEIRA DE POLIMERIZAÇÃO FIBRA ÓTICA + 2 PONTEIRAS DE CLAREAMENTO + 1 PROTETOR OCULAR + 1 BASE DE CARGA + 1 FONTE DE ALIMENTAÇÃO MODELO: EMITTER D MARCA: SCHUSTER FABRICANTE: GUILIN WOODPECKER MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD PROCEDÊNCIA IMPORTADO REGISTRO DA ANVISA: 80354800012				
03	REFLETOR ODONTOLÓGICO: TENSÃO DE REDE DE ALIMENTAÇÃO (PROVENIENTE DA CADEIRA): 24 VCC. CONSUMO DE POTÊNCIA (PROVENIENTE DA CADEIRA): 55VA. LUMINOSIDADE: 8.000 A 35.000 LUX (+/-10%). TEMPERATURA DE COR: 4500K A 6400K. DISTÂNCIA ENTRE O CABEÇOTE E O CAMPO OPERATÓRIO: 70CM. FAIXA DE TEMPERATURA AMBIENTE DE TRANSPORTE OU ARMAZENAMENTO: -12°C A +50°C; FAIXA DE UMIDADE RELATIVA DE TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO < 85% RH; FAIXA DE TEMPERATURA AMBIENTE DE FUNCIONAMENTO: +10°C A +35°C; FAIXA DE UMIDADE RELATIVA DE FUNCIONAMENTO (NÃO CONDENSADO) < 75% RH. "Produto Fabricado Conforme regulamentos da Portaria Inmetro n.º 54 de 01/02/2016 e portarias complementares e da Instrução normativa da ANVISA, n. 04 de 24/09/2015 e n.22 de 20.10.2017. Equipamento testado pela OCP LMP nas normas técnicas ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + EM1:2016 (Equipamento eletromédico Parte1), ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 (Equipamento eletromédico Parte 1-2), ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011 (Equipamento eletromédico Parte 1-6), ABNT NBR IEC 60601-1-9:2010 + EM1:2014 somente os itens 4.1, 4.5.2 e 4.5.3 (Equipamento eletromédico Parte 1-9), ABNT NBR IEC 80601-2-60:2015 (Equipamento eletromédico Parte 2-60), ABNT NBR ISO 9680:2014 (Odontologia — Luzes de operação). Ainda fabricado conforme Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016 e Diretiva 93/42 / CEE, com a redação que lhe foi dada pela Diretiva 2007/47 / CEE e 98/79 / CE (Através do certificado CE emitido pela MDI EUROPA)". MODELO: REFLETOR ODONTOLÓGICO MAGNUS	UND	05	R\$ 2.000,00	R\$ 10.000,00

MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

CNPJ: 38.259.748/0001-86- INSC. EST.: 38.259.748/0001-86

Rua Cipriano de Carvalho, n.º 195, Cinquentenário, CEP 30.570-020, Belo Horizonte/MG - Telefone (31)3374-

6768 - Email: miamimed.licitacao@hotmail.com

	PRIME HL-100 (PISO OU BANCADA OU TETO) MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT. PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349600007 CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO DO INMETRO CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO "CE" CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO "ABO RECOMENDA"				
04	ULTRASSOM ODONTOLÓGICA: ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO INTEGRADO. ULTRASSOM (AJUSTE DE POTÊNCIA DO ULTRASSOM LINEAR ENTRE 0% E 100%; ACOMPANHA PONTAS T1, T2, T3 E T4). JATO DE BICARBONATO (PEÇA DE MÃO METÁLICA, REMOVÍVEL E COM PONTEIRA AUTOCLAVÁVEL; CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO; FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA). DIMENSÕES APROXIMADAS: 12,5 X 24 X 21,8CM. PRESSÃO DE ENTRADA DE AR: 60 A 80 PSI. FREQUÊNCIA DE ULTRASSOM: 32.000 HZ. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT 220V. FREQUÊNCIA: 50/60HZ. FUSÍVEL: 1A 127V/220V. POTÊNCIA: VA. CONSUMO: 0,45A. MODELO: PRIME MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT. PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO DA ANVISA: 80349600008	UND	04	R\$ 1.300,00	R\$ 5.200,00
05	EQUIPO CART ODONTOLÓGICO: EQUIPO TIPO CART COM BASE MÓVEL SOBRE QUATRO RODÍZIOS DUPLO, BASE E COLUNA. RESERVATÓRIO DE ÁGUA TRANSLÚCIDO. CAIXA DE LIGAÇÃO DO EQUIPO COM A UNIDADE AUXILIAR. BANDEJA E PUXADOR REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS. PEDAL ÚNICO, PNEUMÁTICO E ACIONAMENTO PROGRESSIVO PARA O COMANDO DAS PEÇAS E MÃO. MODELO COM 4 TERMINAIS DE SÉRIE (01 SERINGA TRÍPLICE E 03 TERMINAIS BORDEN – PARA ALTA OU BAIXA ROTAÇÃO). "Produto Fabricado Conforme RDC Nº 27 de 21 de Junho de 2011 (ANVISA) e Resolução RDC 16 de 28/03/2013 (ANVISA), Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016 e Diretiva 93/42 / CEE, com a redação que lhe foi dada pela Diretiva 2007/47 / CEE e 98/79 / CE (Através do certificado CE emitido pela MDI EUROPA) ". MODELO: EQUIPO ODONTOLÓGICO MAGNUS PRIME CART + Acessórios e opcionais inclusos para atendimento na integra da especificação do	UND	04	R\$ 1.800,00	R\$ 7.200,00

MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

CNPJ: 38.259.748/0001-86- INSC. EST.: 38.259.748/0001-86

Rua Cipriano de Carvalho, nº 195, Cinquentenário, CEP 30.570-020, Belo Horizonte/MG - Telefone (31)3374-6768 - Email: miamimed.licitacao@hotmail.com

	editais, conforme segue: 1. 01(um) Terminal Extra P/ Alta Rotação - (04 TERMINAIS) MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT. NACIONAL PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349600007				
06	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR): EQUIPO TIPO CART COM 3 OU 4 TERMINAIS. COM SERINGA TRÍPLICE. UNIDADE AUXILIAR COM SUGADOR. REFLETOR DE LED COM 3 NÍVEIS DE INTENSIDADE DE LUZ. ENCOSTO DA CABEÇA REMOVÍVEL E BIARTICULADO. ENCOSTO COM ESTOFAMENTO. BASE EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO DE ANTI CORROÇÃO E DEBRUM DE BORRACHA PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE E ESTABILIDADE. UNIDADE DE ÁGUA. COMANDO COM PEDAL. ALIMENTAÇÃO: 220V. FREQUÊNCIA: 50/60HZ. POTÊNCIA DE ENTRADA: 200VA. POSSUI CAIXA DE LIGAÇÃO INTEGRADA. PUXADOR BILATERAL COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO. CUBA DE CERÂMICA PROFUNDA, REMOVÍVEL E COM RALO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS. RESERVATÓRIO TRANSLÚCIDO DE ÁGUA DE 1000ML. SISTEMA DE REGULAGEM DA VAZÃO DE ÁGUA. ACOMPANHA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, MICRO MOTOR, PEÇA RETA, CONTRA ÂNGULO E MOCHO ODONTOLÓGICO. "Produto Fabricado Conforme regulamentos da Portaria Inmetro n.º 54 de 01/02/2016 e portarias complementares e da Instrução normativa da ANVISA, n. 04 de 24/09/2015 e n.22 de 20.10.2017. Equipamento testado pela OCP LMP nas normas técnicas ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + EM1:2016 (Equipamento eletromédico Parte1), ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 (Equipamento eletromédico Parte 1-2), ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011 (Equipamento eletromédico Parte 1-6), ABNT NBR IEC 60601-1-9:2010 + EM1:2014 somente os itens 4.1, 4.5.2 e 4.5.3 (Equipamento eletromédico Parte 1-9), ABNT NBR IEC 80601-2-60:2015 (Equipamento eletromédico Parte 2-60), ABNT NBR ISO 6875:2014 (Odontologia - Cadeira odontológica para paciente), ISO 7494-1:2011 (Odontologia - Unidades odontológicas - Parte 1), ISO 7494-2:2015 (Odontologia — Unidades odontológicas estacionárias — Parte 2: Sistemas de ar, água, sucção e águas residuais) e ISO 9680:2014 (Odontologia — Luzes de operação). Ainda fabricado conforme Regulamento Técnico de Boas Práticas de	UND	02	R\$ 19.870,00	R\$ 39.740,00

MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

CNPJ: 38.259.748/0001-86- INSC. EST.: 38.259.748/0001-86

Rua Cipriano de Carvalho, nº 195, Cinquentenário, CEP 30.570-020, Belo Horizonte/MG - Telefone (31)3374-

6768 - Email: miamimed.licitacao@hotmail.com

	Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016 e Diretiva 93/42 / CEE, com a redação que lhe foi dada pela Diretiva 2007/47 / CEE e 98/79 / CE (Através do certificado CE emitido pela MDI EUROPA)". MODELO: CONJUNTO ODONTOLÓGICO MAGNUS PRIME FLEX (Ambidestro) + Acessórios e opcionais inclusos para atendimento na íntegra da especificação do edital, conforme segue: 1. Caixa de comando única com tubulação embutida (Cadeira) 2. Encosto de cabeça Biarticulado/ Multiarticulado (Cadeira) 3. Equipo Flex Pneumático travamento do braço pneumático (Equipo) 4. Reservatório de água de 1.000 mL (Equipo / Unid. Aux.) 5. Cuba Porcelana/ Cerâmica (Unidade Auxiliar) 6. 01(Um) Mocho Magnus Prata 7. 01(Uma) Caneta de Alta Rotação Prime CX207-W-2 - RMS: 80349600009 8. 01(Um) Micromotor Prime CX235-3F - RMS: 80349609006 9.01(Um) Contra Ângulo Prime CX235-1F- RMS: 80349609005 10.01(Uma) Peça Reta Prime CX235-2A - RMS: 80349609007 COR DO ESTOFAMENTO: A COMBINAR MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT. PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349600007 CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO DO INMETRO CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO "CE" CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO "ABO RECOMENDA"		Fls. nº _____ Proc. nº _____ Ass.: _____	2013 134
07	LAVADORA ULTRASSÔNICA ATÉ 15 LITROS: POSSUI 5 CICLOS E OPÇÃO DE AQUECIMENTO E REDUZ O CONSUMO DE ÁGUA. CAPACIDADE: 2,5L. EQUIPAMENTO COM GABINETE E CESTO EM AÇO INOXIDÁVEL E TAMPA EM PLÁSTICO INJETADO, COM SENSOR DE SEGURANÇA, PAINEL DE COMANDO COM TIMER E AQUECIMENTO DIGITAL. FREQÜÊNCIA DO ULTRA-SOM: 40 KHZ, TEMPORIZADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO COM 5 TEMPOS PREESTABELECIDOS. FUSÍVEL DE PROTEÇÃO. DESCARGA PARA LÍQUIDOS; CICLO DE TRABALHO AUTOMÁTICO; CONTROLE DE TEMPO DE TRABALHO INDICADO POR LEDS; CUBA EM AÇO INOX COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 LITROS. ALIMENTAÇÃO: 220V. MODELO: L-100 MARCA: SCHUSTER	UND	05	R\$ 3.367,80 R\$ 16.839,00

	FABRICANTE: SHENZEN CODYSON ELECTRICAL CO PROCEDÊNCIA IMPORTADO (CHINA) REGISTRO DA ANVISA: 80354800010				
08	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: PRESSÃO MÍNIMA (LBF/POP BAR): 227/8. PRESSÃO MÁXIMA (LBF/POL BAR): 120/8,3. DESLOCAMENTO TEÓRICO (L/MIN PÉS/MIN): 80/5,5. TEMPO DE ENCHIMENTO (MIN): 2'55". N° DE PISTÃO: 2. N° DE ESTÁGIO: 1. ROTAÇÃO DA UNIDADE (RPM): 1750. REGIME DE TRABALHO: 6. TEMPERATURA AMBIENTE MÁXIMA (°C): 40. CONTROLE DE ACIONAMENTO: PRESSOSTATO. POTÊNCIA DO MOTOR (HP KW): 2,0/1,5. POLOS DO MOTOR: 4. ROTAÇÃO DO MOTOR (RPM): 1750. TENSÃO (V): 220. CORRENTE NOMINAL (A): 14 OU 6,5. FREQUÊNCIA (HZ): 60. DIMENSÃO PRODUTO (AXLXC): 685 X 330 X 860. DIMENSÃO CAIXA (AXLXC): 715 360 X 860. NÍVEL DE RUÍDO (DB(A)): 70. CAPACIDADE RESERVATÓRIO: 50L. MODELO: PRIME AIR 50 - 110V OU 220V. MARCA: DENTEMED. FABRICANTE: DENTEMED. PROCEDENCIA NACIONAL. RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)	UND	05	R\$ 3.300,00	R\$ 16.500,00
09	APARELHO DE RAO-X ODONTOLÓGICO: INSTALAÇÃO: COLUNA COM BRAÇO CONVENCIONAL MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL TENSÃO: MÍNIMO 7MA. TENSÃO NOMINAL: 220V. FREQUÊNCIA DA REDE DE ALIMENTAÇÃO: 50/60 HZ. FLUTUAÇÃO ADMISSÍVEL: +/- 4%. NÚMERO DE FASES: BIFÁSICO. CORRENTE NOMINAL DURANTE EMISSÃO: 6A (MÁX). CONSUMO DE POTÊNCIA: 1,33 KVA. POTÊNCIA EM STANDBY: 15 VA. IMPEDÂNCIA MÁXIMA DE REDE: 0,1 Ω. MODELO: ION PROX - COLUNA MÓVEL BASICO STANDARD. MARCA: PRO X. FABRICANTE: CLEONICE APARECIDA. PRODOSSIMO DE ARRUDA. PROCEDENCIA NACIONAL. REGISTRO NA ANVISA: 82278250001	UND	05	R\$ 10.500,00	R\$ 52.500,00

MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

CNPJ: 38.259.748/0001-86- INSC. EST.: 38.259.748/0001-86

Rua Cipriano de Carvalho, nº 195, Cinquentenário, CEP 30.570-020, Belo Horizonte/MG - Telefone (31)3374-6768 - Email: miamimed.licitacao@hotmail.com

10	MOCHO: ENCOSTO ANATÔMICO TIPO CONCHA, COM AJUSTE DE ALTURA. SISTEMA DE ELEVAÇÃO DO ASSENTO A GÁS ATRAVÉS DE ALAVANCA LATERAL. ENCOSTO ANATÔMICO COM AJUSTE DE APROXIMAÇÃO. BASE COM 5 RODÍZIOS "Produto Fabricado Conforme ABNT NBR ISO 7493 e Resolução RDC 16 de 28/03/2013 (ANVISA), Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016". MODELO: MOCHO ODONTOLÓGICO A GÁS MAGNUS GOLD COR DO ESTOFAMENTO: A COMBINAR MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)	UND	12	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
11	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL: CAIXA COM RODÍZIOS E ALÇAS. COMPRESSOR DE AR INTEGRADO ISENTO DE ÓLEO. TANQUE EM AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7L. CONTROLE DE VELOCIDADE PELO PEDAL. VÁLVULA SELETORA DE ALTA E BAIXA VELOCIDADE. AJUSTES DE ÁGUA E AR PARA PONTEIRAS DE BAIXA E ALTA VELOCIDADE. INTERRUPTOR DE LIGA/DESLIGA GARRAFA DE ÁGUA. INTERRUPTOR DE LIGA/DESLIGA SUCÇÃO. VÁLVULA DE CONTROLE DO FLUXO DE SUCÇÃO. MANÔMETRO VISÍVEL PARA REFERENCIAR A PRESSÃO DE AR NAS PONTEIRAS. COMPOSIÇÃO: SUGADOR, SERINGA TRÍPLICE, CONEXÃO PARA ALTA ROTAÇÃO (TIPO BORDEN 2 VIAS), CONEXÃO PARA BAIXA ROTAÇÃO (TIPO BORDEN 2 VIDAS), FOTOPOLIMERIZADOR 1000 MW, ULTRASSOM DE PROFILAXIA, PEDAL DE ACIONAMENTO, CADEIRA PORTÁTIL, COMPRESSOR DE AR, FOCO REFLETOR E MOCHO. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V. FREQUÊNCIA: 60 HZ. NÍVEL DE RUÍDO: 70DB (A). CAPACIDADE DO COMPRESSOR: 7L. POTÊNCIA DO COMPRESSOR: 550W (3/4 HP); PRESSÃO DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR (MÍNIMA - (0,5 MPa) (5,1 Kgf/cm2) (72 Libras/PSI); MÁXIMA - (0,8 MPa) (8,16 Kgf/cm2) (116 Libras/PSI)); PRESSÃO DE ALTA ROTAÇÃO (MÍNIMA - (0,2MPa) (2,1 Kgf/cm2) (30 Libras/PSI); MÁXIMA - (0,4MPa) (4,2 Kgf/cm2) (60 Libras/PSI)); VAZÃO DO COMPRESSOR: 6,2 PCM (PES); DESLOCAMENTO DE AR DO COMPRESSOR: 175L/MIN. "Produto Fabricado Conforme Resolução RDC 16 de 28/03/2013 (ANVISA), Regulamento Técnico de Boas	UND	05	R\$ 10.000,00	R\$ 50.000,00

MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

CNPJ: 38.259.748/0001-86- INSC. EST.: 38.259.748/0001-86

Rua Cipriano de Carvalho, nº 195, Cinquentenário, CEP 30.570-020, Belo Horizonte/MG - Telefone (31)3374-

6768 - Email: miamimed.licitacao@hotmail.com

	Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016 MODELO: CONJUNTO ODONTOLÓGICO MAGNUS TRANSPORTATIL PNEUMATICO (Composto de: Cadeira Transportátil com cuba com reservatório, bandeja e Refletor Acoplados, Equipo Transportátil com compressor embutido composto de terminal alta e baixa rotação, seringa triplice e Sugador Pneumático e Mocho/Banqueta) Acessórios e opcionais inclusos: 1) 01(Um) Ultrassom Bordem Scaler Magnus – RMS: 80349609003 2) 01(Um) Fotopolimerizador acoplado Prime led - RMS: 80349609004 COR DO ESTOFAMENTO: AZUL MARINHO MARCA: DENTEMED FABRICANTE DENTEMED EQUIP. ODONT. PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349600003				
12	SELADORA: COM ACIONAMENTO MANUAL. SELADORA DE MESA COM GUILHOTINA. COMPOSIÇÃO: AÇO CARBONO E PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA. ÁREA PARA SELAGEM> 35CM. LARGURA PARA SELAGEM: 13MM. VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMATICO – 220V. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. POTÊNCIA MÁXIMA: 100W. MODELO: PROTECT SEAL DIGITAL 35 CM MARCA: AGIR FABRICANTE: AGIR PROCEDÊNCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)	UND	05	R\$ 730,00	R\$ 3.650,00
13	UNIDADE AUXILIAR COM SUGADOR: SUGADOR: 2 SUGADORES (SALIVA E SANGUE). COM FILTRO SEPARADOR DE DETRITOS. COM PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA. SUCTORES REGULADORES DE SUÇÃO. EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PONTEIRAS CROMADAS REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS. MODELO: KIT SUCTOR IV MARCA: SCHUSTER FABRICANTE: SCHUSTER PROCEDENCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)	UND	05	R\$ 1.900,00	R\$ 9.500,00
14	ARTICULADOR ODONTOLÓGICO: ARTICULADOR COM ARCO FACIAL. CARACTERÍSTICAS DO ARTICULADOR: SEMI-AJUSTÁVEL.	UND	07	R\$ 1.100,00	R\$ 7.700,00

MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

CNPJ: 38.259.748/0001-86- INSC. EST.: 38.259.748/0001-86

Rua Cipriano de Carvalho, nº 195, Cinquentenário, CEP 30.570-020, Belo Horizonte/MG - Telefone (31)3374-

6768 - Email: miamimed.licitacao@hotmail.com

	DISTÂNCIA INTERCONDILAR: 110MM. GUIA CONDÍLICA CURVA. INCLINAÇÃO 45°. REGULAGEM DO ÂNGULO DA GUIA CONDÍLICA. REGULAGEM DO ÂNGULO DE BENNET. TRAVA CENTAL. CARACTERÍSTICAS DO ARCO FACIAL: APRESENTA BORBOLETAS PARA APERTO MANUAL NA FIXAÇÃO DO GARFO. MODELO: ARTICULADOR 10600 C/ ARCO FACIAL MARCA: DENTFLEX FABRICANTE: DENTFLEX PROCEDENCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)				
15	Unidade Auxiliar com Sugador Especificações : -Super silencioso -Vazão de ar Livre 15 l/min -Frequência 60hz -Bivolt N127/200v - Aspiração/Capacidade de até 1lt -Válvula de Segurança contra Transbordamento Componentes : 1und Aspirador/bomba a vácuo MD100 1und Mangueira em silicone de 2m de comprimento 1und Frasco coletor com capacidade de aspiração de até 1 litro MODELO: 5005 - MICRO BOMBA BRANCA ASPIRADORA - 5005BR MARCA: NEVONI FABRICANTE: NSR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO DA ANVISA: 80112550002	UND	05	R\$ 800,00	R\$ 4.000,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA..... R\$ 230.705,00
(DUZENTOS E TRINTA MIL, SETECENTOS E CINCO REAIS)

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

Vaidade da Proposta:	60 (SESENTA) DIAS CONFORME EDITAL
Condições de Pagamento	CONFORME O EDITAL
Prazo de Entrega:	CONFORME O EDITAL
Local de Entrega:	NO LOCAL EM QUE A ORDEM DE FORNECIMENTO DETERMINAR
Garantia do Equipamento	12 MESES
Assistência Técnica	EM TODO TERRITÓRIO BRASILEIRO - CONFORME EDITAL .
Frete / Impostos:	INCLUSOS NA PROPOSTA

DADOS BANCARIOS:

Banco	BANCO DO BRASIL
Agência	1229-7
Conta Corrente	124.000-5

DADOS DA EMPRESA PARA FORMULAÇÃO DE CONTRATO:

MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 38.259.748/0001-86- INSC. EST.: 38.259.748/0001-86
Rua Cipriano de Carvalho, nº 195, Cinquentenário, CEP 30.570-020, Belo Horizonte/MG - Telefone (31)3374-6768 - Email: miamimed.licitacao@hotmail.com

Empresa	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA		
CNPJ:	38.259.748/0001-86	Insc. Estadual:	
Endereço	RUA Cipriano de Carvalho 195 –Cinquentenário, BELO HORIZONTE – MG – CEP: 30.570-020		
Telefones	(31) 33746768.		
Email:	miamimed.licitacao@hotmail.com		

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA:

Nome do Signatário	ANTÔNIO TADEU PENIDO SILVA JÚNIOR		
Função	SOCIO DIRETOR		
Estado civil	CASADO	Nacionalidade	BRASILEIRO
Identidade	MG 116.118.68-SSP/MG	CPF	063.640.696-22
Residência:	Rua Júlio de Castilho, nº 133, apto 708, Bl 03, Cinquentenário, CEP 30.570-080, Município de Belo Horizonte/MG.		

A EMPRESA MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA DECLARA.

- Para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital). Que não possui, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
- Estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.
- O pleno conhecimento das exigências e das obrigações constante no edital da licitação e seus respectivos anexos, submetendo a todas as condições nele estipulada, principalmente sendo vencedor da licitação.
- *Nos preços propostos, além do lucro, todos os custos diretos e indiretos relativos ao cumprimento integral do objeto do pregão eletrônico, envolvendo, entre outras despesas, tributos de qualquer natureza, frete, embalagem etc., de modo que nenhuma outra remuneração seja devida, exceto quanto aos preços nas hipóteses de desequilíbrio econômico – financeiro previsto na legislação incidental.*
- Os produtos são de qualidade, fabricados conforme ABNT e ANVISA- (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), garantindo o cumprimento a legislação sanitária quanto as normas.
- Compromete-se que o objeto do certame será entregue conforme estipulado neste edital e proposta estando de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos, e que o objeto do certame será entregue conforme estipulado neste edital.
- A garantia dos produtos ofertados será de 12 (Doze) meses contra defeitos de fabricação com assistência técnica em todo território nacional.
- Aceita totalmente e irrestritamente às condições do presente edital.

MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 38.259.748/0001-86- INSC. EST.: 38.259.748/0001-86
Rua Cipriano de Carvalho, nº 195, Cinquentenário, CEP 30.570-020, Belo Horizonte/MG - Telefone (31)3374-6768 - Email: miamimed.licitacao@hotmail.com



Fls. nº 2019
Proc. nº 134
Ass.: [assinatura]

- Declaramos que os preços dos produtos cotados na proposta compreendem todas as despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente sobre o fornecimento do objeto desta licitação.
- Declaramos que os produtos cotados atendem a todas as especificações técnicas solicitadas no edital.
- Declaramos que esta proposta tem validade conforme Edital, contados da data de abertura da mesma, e que concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital.
- Declaramos, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema são autênticas
- Declaramos ainda que, concordamos com todos os termos do Edital do Pregão Eletrônico e seus Anexos.

Declaramos que esta proposta tem validade conforme edital, contados da data de abertura da mesma, e que concordamos com todas as condições estabelecidas no edital e seus respectivos anexos.

Declaramos que nesta proposta estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, transporte (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Declaramos que tenho pleno conhecimento e atendimento de todas as exigências contidas no edital e seus anexos.

Declaramos: Que, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para participar de licitações ou de contratar com qualquer órgão da Administração Pública, bem como, para sua habilitação no presente processo licitatório, assim como, que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posterior.

BELO HORIZONTE, 26 DE AGOSTO DE 2024.

MIAMIMED PRODUTOS
ODONTOLOGICOS
LTDA:38259748000186

Assinado de forma digital por
MIAMIMED PRODUTOS
ODONTOLOGICOS
LTDA:38259748000186
Dados: 2024.08.26 11:27:13
-03'00'

MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 38.259.748/0001-86- INSC. EST.: 38.259.748/0001-86
Rua Cipriano de Carvalho, nº 195, Cinquentenário, CEP 30.570-020, Belo Horizonte/MG - Telefone (31)3374-
6768 - Email: miamimed.licitacao@hotmail.com